

水中亞硝酸鹽氮檢測方法—分立分析系統比色法 (NIEA W458.50B)

草案總說明

行政院環境保護署環境檢驗所於一百零三年自行研究計畫成果顯示使用分立分析系統進行環境水體之檢測，精密度及準確度部分不僅與傳統檢驗方法相較毫不遜色，且以分立分析系統執行亞硝酸鹽氮樣品檢測，所需樣品量及藥品用量大幅減少，每一樣品體積、靜置、反應時間及反應溫度一致、廢液排放量大幅減少等，故此為可推廣之綠色檢測方法。爰依水污染防治法第六十八條、飲用水管理條例第十二條之一第三項、土壤及地下水污染整治法第十條第三項訂定本項檢測方法。