

監測井地下水採樣方法（NIEA W103.55B）草案 總說明

行政院環境保護署於九十九年公告方法，因部分內容已不符合實際採樣需求，為使公告之檢測方法更能符合實用，爰依土壤及地下水污染整治法第十條第三項擬具「監測井地下水採樣方法（NIEA W103.55B）」草案，其要點如下：

- 一、原方法內容未明列洗井水質穩定參數溫度及濁度，將影響洗井水質穩定要求，參考最新版本 ASTM, D4448-01 修正水質監測項目並考量實際運作研擬穩定標準。
- 二、增列規範洗井中微洗井方式汲水位置。
- 三、配合土壤及地下水整治法第六條最新修訂「地下水水質監測井設置作業原則」修正適用範圍名稱。
- 四、增列設備與材料中溫度計與濁度計內容及修正試劑中 pH 計標準緩衝溶液與氧化還原電位計標準溶液使用內容。
- 五、修正品質管制現場品管樣品要求。